

大连市第五人民医院询价函

大连第五人民医院铅屏防护铅帘采购项目 询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购移动铅屏风一个，项目预算 10 万元。现诚意邀请贵公司对“大连第五人民医院铅屏防护铅帘采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）技术要求：

1. 尺寸：（1）主屏风尺寸： $\geq H1800 \times W900mm$ ；（2）主屏带进口防划覆膜铅玻璃尺寸： $\geq H800 \times W900mm$ ；（3）上侧防护采用进口高透光率铅玻璃尺寸： $\geq H750 \times W600mm$ ；（4）下侧防护屏尺寸： $\geq H400 \times W600mm$ （5）下侧防护帘尺寸： $\geq H350 \times W600mm$

2. 铅当量：（1）主屏风：透明部分 ≥ 2.0 ；不透明部分 ≥ 1.0 ；（2）侧屏风：上侧防护 ≥ 0.5 ；下侧防护屏 ≥ 1.0 ；下侧防护帘 ≥ 0.5

（二）供货方负责运输、人工、安装、培训等。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价单密封后加盖单位公章，于 2019 年 4 月 4 日 13:00 前送至大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1. 报价文件中应包括报价单（包括设备注册证名称、规格型号、含税价格等详细报价信息）、营业执照、产品经营许可证（仅经销商）、医疗器械注册证（仅医疗器械）、产品彩页（非必须）。

2. 报价文件中内容均需加盖公章。

3. 报价文件经我单位认可即为签订合同的最终依据。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

按照合同约定方式支付。

六、联系方式

联系名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、王祎娜

联系电话：0411-84244322

联系地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）

307 室

大连市第五人民医院
2019年3月28日

