

# 大连市第五人民医院询价函

## 大连第五人民医院气压止血器 (自动气压止血仪/带)采购项目询价函

供应商:

大连市第五人民医院拟采购气压止血器(自动气压止血仪/带)两台、总预算3.2万元。现诚意邀请贵公司对“大连第五人民医院气压止血器(自动气压止血仪)采购项目询价函”进行报价,报价超出采购预算的,视为无效。

### 一、采购需求

#### (一)项目技术指标:

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1. 技术参数 |                               |
| 1.1     | 压力范围: 0~100Kpa                |
| 1.2     | 稳定精度: $\leq 3$ Kpa            |
| 1.3     | 稳定精度: $\leq 3$ Kpa            |
| 1.4     | 初始充气时间: $\leq 60$ 秒           |
| 2. 保险功能 |                               |
| 2.1     | 工作时间到自动阶梯放气。                  |
| 2.2     | 防止患者心、脑突然缺血。                  |
| 2.3     | 工作压力超过80Kpa, 显示屏闪烁报警。         |
| 2.4     | 全数字、电脑控制, 压力自动补偿。             |
| 2.5     | 仪器拥有自动检测漏气功能。                 |
| 2.6     | 自动检测元器件故障。                    |
| 3. 电源   |                               |
| 3.1     | AC220V, 50Hz。在突然断电情况下能始终保持压力。 |
| 4. 报警   |                               |
| 4.1     | 手术剩余时间 10分、5分、1分时报警, 提醒操作员。   |



|           |  |
|-----------|--|
| 5. 核心部件   |  |
|           | 5.1 采用进口核心零部件。                             |
| 6. 充、放气功能 |  |
|           | 6.1 快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。                   |
|           | 6.2 放气                                     |
|           | 6.2.1 采用以 3Kpa 阶梯的慢放功能。                    |
|           | 6.2.2 瞬间放气。                                |
| 7. 控制面板   |  |
|           | 7.1 面板分设：设置压力值、设定时间值、运行压力值和实际运行时间值。        |
| 8. 性能     |  |
|           | 8.1 术中可随时增减设定值。                            |
|           | 8.2 止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口、简单、可靠。             |
|           | 8.3 立式支架：可调高度、占地小、移动方便、便于使用。               |
| 9. 计时器    |  |
|           | 9.1 倒计时：手术剩余时间。                            |
|           | 9.2 可随时增减设定时间。                             |
|           | 9.3 手术累计时间。                                |
| 10. 记忆功能  |  |
|           | 10.1 将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间。 |

## （二）交货时间地点、方式

供方接到医院通知后送货上门，产品交付地点为院方指定地点。产品保险费用、运输费用等因产品交付可能产生的其他费用均由供方承担。

## 二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于 2019 年 6 月 14 日 13:00 前发送至大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办），逾期者视为放弃。

## 三、报价须知

1. 报价文件应包括：《报价文件》（包括技术响应表和产品报价表，报价格式见附件）、《营业执照》（复印件）、《医疗器械注册证》（复印件）以上材料均需加盖公章。

2. 报价文件经我单位认可即为签订合同的最终依据。

#### 四、中标原则

技术响应表一项不响应，则报价上涨 5%作为计算价格，技术响应表如超过 5 项不响应，按无效投标处理。本次采购以满足采购需求且计算价格的原则确定中标单位。

#### 五、付款方式

按照合同约定付款。

#### 六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、战寿奎

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办）

附件： 1. 《技术响应表》

2. 《产品报价表》



## 大连第五人民医院气压止血器（自动气压止血仪/带）技术响应表

| 1. 技术参数   |  | 是否响应   |
|-----------|--|--|
|           | 1.1 压力范围：0 ~ 100Kpa                        | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 1.2 稳定精度：≤3Kpa                             | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 1.3 稳定精度：≤3Kpa                             | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 1.4 初始充气时间：≤60 秒                           | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 保险功能   |  |  |
|           | 2.1 工作时间到自动阶梯放气。                           | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 2.2 防止患者心、脑突然缺血。                           | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 2.3 工作压力超过 80Kpa，显示屏闪烁报警。                  | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 2.4 全数字、电脑控制，压力自动补偿。                       | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 2.5 仪器拥有自动检测漏气功能。                          | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 2.6 自动检测元器件故障。                             | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 电源     |  |  |
|           | 3.1 AC220V ,50Hz。在突然断电情况下能始终保持压力。          | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
| 4. 报警     |  |  |
|           | 4.1 手术剩余时间 10 分、5 分、1 分时报警 ，提醒操作员。         | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
| 5. 核心部件   |  |  |
|           | 5.1 采用进口核心零部件。                             | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 充、放气功能 |  |  |
|           | 6.1 快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。                   | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 6.2 放气                                     |  |
|           | 6.2.1 采用以 3Kpa 阶梯的慢放功能。                    | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 6.2.2 瞬间放气。                                | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 控制面板   |  |  |
|           | 7.1 面板分设：设置压力值、设定时间值、运行压力值和实际运行时间值。        | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
| 8. 性能     |  |  |
|           | 8.1 术中可随时增减设定值。                            | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 8.2 止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口、简单、可靠。             | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 8.3 立式支架：可调高度、占地小、移动方便、便于使用。               | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
| 9. 计时器    |  |  |
|           | 9.1 倒计时：手术剩余时间。                            | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 9.2 可随时增减设定时间。                             | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 9.3 手术累计时间。                                | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |
| 10. 记忆功能  |  |  |
|           | 10.1 将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间。 | <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否 |

# 大连第五人民医院气压止血器（自动气压止血仪/带） 产品报价表

|             |                |
|-------------|----------------|
| 产品名称        | 气压止血器（自动气压止血仪） |
| 产品数量        | 两台             |
| 产品医疗器械注册证名称 |                |
| 产品品牌        |                |
| 产品规格、型号     |                |
| 产品生产厂家      |                |
| 产品单价（元）     |                |
| 产品最终报价（元）   |                |
| 备注          |                |

供货商公司名称（公章）：

联系人：

联系方式（联系人手机）：



