

大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院空气净化设备采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购空气净化设备，预算9.9万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院空气净化设备采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

(一) 壁挂式空气消毒机（6台）

1、功能性参数

1.1 可在有人的情况下连续消毒，人机共存

1.2 消毒方式：圆孔针式等离子消毒

1.3 控制方式：程控(4段定时开关机)+红外线遥控+应急开关机，遥控器带液晶显示屏，操作方便

1.4 负氧离子清新净化空气

1.5 复合过滤器除尘除异味

1.6 消毒装置故障自动监测报警

1.7 风机故障自动停机

1.8 无耗材、维护费用低

1.9 消毒装置使用寿命 ≥ 10 万小时

2、技术性能参数



- 2.1 循环消毒风量 (m³/h) ≥800
- 2.2 适用体积 (m³) ≤100
- 2.3 细菌总数 (cfu/m³) ≤200
- 2.4 负离子发生量 (个/cm³) ≥1×10⁶
- 2.5 输入功率 (VA) ≤100
- 2.6 电源: AC220V 50Hz
- 2.7 噪声 db(A) ≤40
- 2.8 安装款式: 壁挂式

(二) 移动式空气消毒机 (2 台)

1、功能性参数

1.1 可在有人的情况下连续消毒, 人机共存

1.2 消毒方式: 圆孔针式等离子消毒

1.3 控制方式: 操作面板+ 红外线遥控+程控(3 段定时开关机), 豪华中文液晶显示屏, 操作方便、美观大方

1.4 负氧离子清新净化空气

1.5 复合过滤器除尘、除异味

1.6 消毒装置故障自动监测报警

1.7 风机故障自动停机

1.8 无耗材、维护费用低

1.9 消毒装置使用寿命 ≥10 万小时

2、技术性能参数

2.1 循环消毒风量 (m³/h) ≥800

2.2 适用体积 (m³) ≤120

2.3 细菌总数 (cfu/m³) ≤200

2.4 负离子发生量 (个/cm³) ≥1×10⁶

2.5 输入功率 (VA) ≤100

2.6 电源: AC220V 50Hz

2.7 噪声 db(A) ≤40

2.8 安装款式: 移动式

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价, 请将报价文件密封后加盖单位公章, 于2019年11月18日13:00前送至大连市第五人民医院(黄河路890号)机关综合楼(F座)307室(采购办), 逾期者视为放弃。

三、报价须知

1. 报价文件中应包涵报价单(包括品牌、规格型号、单价、数量、总价)、营业执照、产品彩页(非必须)。

2. 报价文件须每页加盖公章。

3. 报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

中标方应于货物验收合格后向甲方开具发票后, 院方以支票或电汇的形式支付90%合同款, 质保期本合同价款的10%为质保金, 质保期内乙方所提供产品无任何质量问题的, 甲方于质保期满后无息支付给乙方。

六、其它要求

1. 供货方应接到采购方通知三十日内将产品送到采购方指定地点, 所需费用由供方承担。

2. 产品质保期壹年，质保期内出现问题，供货方负责免费维修。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、战寿奎

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办）

