

大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院营养泵采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购营养泵一台，预算 0.73 万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院营养泵采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.主要用途：用于术后及消化道肿瘤无法进食的患者进行肠内营养。

2.技术参数

(1) 输液流量可调范围：1ml/h-600ml/h，增量 1ml/h；

(2) 预输量可调范围：0-9999ml，其中 0-999.9ml，增量：0.1ml；
1000-9999ml，增量 1ml；

(3) 已输量显示范围：0-9999ml，其中，0-999.9ml，增量：0.1ml；
1000-9999ml，增量 1ml；

(4) 根据临床所设输液速度，实际准确性在正负 10%以内。

(5) 快排、反抽速度设定值：600ml/h

(6) 夜间模式

(7) 可以查看历史记录

二、报价文件报送



若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年9月3日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件须每页加盖公章并密封完好。

3.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

4.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

5.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

6.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货物质保期壹年。供方应于货物安装、调试完毕并最终验收合格后的15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方收到发票后的30个工作

日内以支票或电汇的形式向供方支付全部合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办）

附件：营养泵技术参数及采购需求响应表



附件：

营养泵技术参数及采购需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	输液流量可调范围：1ml/h-600ml/h，增量 1ml/h	
2	预输量可调范围：0-9999ml，其中 0-999.9ml，增量：0.1ml；1000-9999ml，增量 1ml	
3	已输量显示范围：0-9999ml，其中 0-999.9ml，增量：0.1ml；1000-9999ml，增量 1ml	
4	根据临床所设输液速度，实际准确性在正负 10%以内	
5	快排、反抽速度设定值：600ml/h	
6	夜间模式	
7	可以查看历史记录	