

大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院空气消毒机采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购空气消毒机，壁挂式空气消毒机1台，移动式空气消毒机4台，总预算4.8万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院空气消毒机采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1. 产品要求：

(1) 设备主要由过滤装置、等离子体发生器、等离子体电极机芯、循环风机系统、LCD高清数字动态液晶显示屏、遥控控制器等组成。

(2) 壁挂式、移动式

2. 等离子体消毒要求：

★(1) 等离子体消毒、循环风机、紫外线作用、负离子、活性炭过滤器作用。

★(2) 消毒：初、中效过滤网过滤后空气达到等离子体杀菌，可有效杀灭空气中的微生物及空气中的有害物质。有过滤网吸附滤除等离子体处理后的残留气味。臭氧残留量(mg/m^3) <0.05 。高效过滤器滤除空气中的微尘与残留菌，有效提高空气洁净度。

(3) 适用范围： $\leq 80\text{m}^3$

★(4) 人机共存：适用于医院的空气消毒，设备可在人机共存的环境中
使用，

(5) 要求操作简单，提供手动、自动、定时三种工作模式供用户自由选择，风速可调。

(6) 高清数字动态液晶显示屏。

★(7) 使用面积 $\geq 50 \text{ m}^3$ ，持续工作 2 小时，空气消毒合格要求 $> 98\%$ ，细菌菌落总数 $\leq 200 \text{ cfu/m}^3$ 。

★(8) 使用寿命：机芯寿命 ≥ 5 年。

(9) 一年质保。终身维修。

★3.提供的材料：

1.消毒产品的铭牌。

2.消毒产品说明书（彩页）。

3.生产企业营业执照。

4.消毒产品生产企业卫生许可证。

5.消毒产品卫生安全评价报告及备案凭证，相关网站可查询，提供查询结果。

6.权威机构的检验报告。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于 2020 年 9 月 28 日 13:00 前送至大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、

生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件须每页加盖公章并密封完好。

3.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

4.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

5.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

6.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货物质保期壹年。供方应于货物安装、调试完毕并最终验收合格后的15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方收到发票后的30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付全部合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、王祎娜

联系电话：0411-84244322



地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办）

附件：空气消毒机技术参数及采购需求响应表



附件：

空气消毒机技术参数及采购需求响应表

序号	技术参数及要求	是否响应
1	产品要求	
1.1	设备主要由过滤装置、等离子体发生器、等离子体电极机芯、循环风机系统、LCD 高清数字动态液晶显示屏、遥控控制器等组成。	
1.2	壁挂式、移动式	
2	等离子体消毒要求：	
★2.1	等离子体消毒、循环风机、紫外线作用、负离子、活性炭过滤器作用。	
★2.2	消毒：初、中效过滤网过滤后空气达到等离子体杀菌，可有效杀灭空气中的微生物及空气中的有害物质。有过滤网吸附滤除等离子体处理后的残留气味。臭氧残留量 (mg/m ³) <0.05。高效过滤器滤除空气中的微尘与残留菌，有效提高空气洁净度。	
2.3	适用范围：≤80m ³	
★2.4	人机共存：适用于医院的空气消毒，设备可在人机共存的环境中使用，	
2.5	要求操作简单，提供手动、自动、定时三种工作模式供用户自由选择，风速可调	
2.6	高清数字动态液晶显示屏	
★2.7	使用面积 ≥50 m ³ ，持续工作 2 小时，空气消毒合格要求>98%，细菌菌落总数≤200cfu/m ³	
★2.8	使用寿命：机芯寿命≥5 年。	
2.9	一年质保。终身维修。	
★3	提供的材料：	
3.1	消毒产品的铭牌。	
3.2	消毒产品说明书（彩页）。	
3.3	生产企业营业执照。	
3.4	消毒产品生产企业卫生许可证。	
3.5	消毒产品卫生安全评价报告及备案凭证，相关网站可查询，提供查询结果。	
3.6	权威机构的检验报告	



