

大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院胰岛素输液泵采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购胰岛素输液泵 1 台，预算 2.8 万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院胰岛素输液泵采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1. 适应症

需要短期胰岛素强化治疗的新诊断 2 型糖尿病患者；糖尿病患者的围手术期血糖控制；应激性高血糖患者的血糖控制；妊娠糖尿病或糖尿病合并妊娠者或糖尿病患者计划受孕；长期胰岛素强化治疗的糖尿病患者强化控制血糖。

2. 主要参数列表

(1) 屏幕：OLED 彩色屏幕，触摸按键。

(2) 主菜单：彩色图标+文字。

★ (3) 基础率设置

① 日基础总量设置区间 6-50U，每小时基础率为 0-5U，步长 0.1U。

② 2 种基础率方案可随意切换。

③ 基础率自动分配，根据日基础总量一键自动分配到 24 小时，提高操作的便捷性，可以每小时精细微调。

★ (4) 大剂量设置

①可设置区间为 0-25U，步长 0.1U。

②大剂量快捷输注。

③根据日总量推荐餐前大剂量值。

④常规、方波、双波三种大剂量模式，可根据患者实际情况选择。

(5) 报警功能：各种各种安全报警提示包括低电量提示、低药量报警、堵塞报警、药已尽报警等。

(6) 报警记录：可回看十年以内的报警记录。

★(7) 数据传输：具备 BLE 蓝牙传输功能。

(8) APP 配套管理：可手机 APP 数据下载，通过云服务器进行用户管理。

(9) 电池：可充电 3.2V 磷酸铁锂。

(10) 储液器的容量：300 单位。

(11) 保修期主机免费质保 4 年。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于 2021 年 2 月 3 日 11:30 前送至大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1. 报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2. 报价文件封面须注明投标项目名称，报价文件须注明联系人及联系方

式，报价文件每页加盖公章并密封完好。

3.投标人登录国家企业信用信息公示系统，将投资人信息情况界面截图打印，一并放到报价文件中。

4.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

5.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

6.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

7.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货到安装、调试完毕并经我方最终验收合格后，供方在 15 个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方在 30 个工作日内以（支票或电汇）方式向供方支付合同价款的百分之九十。本合同价款的百分之十为质保金。质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后 30 个工作日内无息支付给供方。

六、其它要求

1.货物质保期：壹年。



2.交货期：收到我方通知之日起个 30 工作日。

3.交货地点：我方指定地点。

4.质量标准：依据采购文件、本合同约定，如果双方对采购文件、本合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准执行。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、张建鹏

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办）

附件：胰岛素输液泵技术参数及采购需求响应表



附件：

胰岛素输液泵技术参数及采购需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	屏幕：OLED 彩色屏幕，触摸按键。	
2	主菜单：彩色图标+文字。	
★3	基础率设置	
3.1	日基础总量设置区间 6-50U，每小时基础率为 0-5U，步长 0.1U。	
3.2	2 种基础率方案可随意切换。	
3.3	基础率自动分配，根据日基础总量一键自动分配到 24 小时，提高操作的便捷性，可以每小时精细微调。	
★4	大剂量设置	
4.1	可设置区间为 0-25U，步长 0.1U。	
4.2	大剂量快捷输注。	
4.3	根据日总量推荐餐前大剂量值。	
4.4	常规、方波、双波三种大剂量模式，可根据患者实际情况选择。	
5	报警功能：各种各种安全报警提示包括低电量提示、低药量报警、堵塞报警、药已尽报警等。	
6	报警记录：可回看十年以内的报警记录。	
★7	数据传输：具备 BLE 蓝牙传输功能。	
8	APP 配套管理：可手机 APP 数据下载，通过云服务器进行用户管理。	
9	电池：可充电 3.2V 磷酸铁锂。	
10	储液器的容量：300 单位。	
11	保修期主机免费质保 4 年。	

